

Паспорт № 330103-09-26

Буферный раствор для рН-метрии рН=1.68 (фл. 500 мл)

ТУ, ГОСТ	ТУ 2638-005-69240025-2020
Партия	09-26
Грузополучатель	

Дата изготовления	09.2026
Вид и тип тары	
Формула	

Наименование показателя	Норма	Результаты анализа
Внешний вид	Бледно-оранжевая жидкость	Соответствует
Отклонение значения рН буферного раствора от номинального, не более	$\pm 0,01$	Соответствует

Гарантийный срок хранения 2 года

Продукт соответствует требованиям ТУ 2638-005-69240025-2020



<https://csdb.ru/p2.php?p=1db91345663f324cd10c5a57f8533ee2>