

Паспорт № 330136-08-26

Буферный раствор для рН-метрии рН=12.43 (фл. 500 мл)

ТУ, ГОСТ	ТУ 2638-005-69240025-2020
Партия	08-26
Грузополучатель	

Дата изготовления	08.2026
Вид и тип тары	
Формула	

Наименование показателя	Норма	Результаты анализа
Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость	Соответствует
Отклонение значения рН буферного раствора от номинального, не более	$\pm 0,01$	Соответствует

Гарантийный срок хранения 6 мес.

Продукт соответствует требованиям ТУ 2638-005-69240025-2020



<https://csdb.ru/p2.php?p=31c14bfbee0ff51851f496451c91b486>