

Паспорт № 100461-11

Кобальт хлористый (II) 6-водный (ч)

ТУ, ГОСТ	ГОСТ 4525-77
Партия	11
Грузополучатель	

Дата изготовления	04.2026
Вид и тип тары	
Формула	CoCl ₂ *6H ₂ O

Наименование показателя	Норма	Результаты анализа
Массовая доля 6-водного хлористого кобальта (CoCl ₂ *6H ₂ O), %, не менее	98,0	98,2
Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более	0,01	0,01
Массовая доля общего азота (N), %, не более	0,05	0,05
Массовая доля сульфатов (SO ₄), %, не более	0,01	0,01
Массовая доля железа (Fe), %, не более	0,002	0,001
Массовая доля калия и натрия (K+Na), %, не более	0,03	0,01
Массовая доля кальция (Ca), %, не более	0,03	0,005
Массовая доля никеля (Ni), %, не более	0,15	0,01
Массовая доля магния (Mg), %, не более	0,005	0,001
Массовая доля меди (Cu), %, не более	0,005	0,001
Массовая доля цинка (Zn), %, не более	0,02	0,001
pH раствора препарата с массовой долей 5%	3-5	4,1

Гарантийный срок хранения 1 год

Продукт соответствует требованиям ГОСТ 4525-77



<https://csdb.ru/p2.php?p=e330dc235be4c49df01c99c894992c83>